

Checklist voor remifentanil-PCA-toediening

		Paraaf verloskundige/ verpleegkundige
1.	Indicatie correct geen contra-indicaties	
2.	Parturiënt is geïnformeerd informed consent is vastgelegd in dossier	
3.	Zuurstoftoevoer, neusbril, masker en ballon gecheckt	
4.	Bloeddrukmeter aangesloten	
5.	Remifentanil opgelost volgens protocol, spuiten gelabeld en dubbel check medicatie uitgevoerd	
6.	SpO2 meter functioneert, is aangesloten	
7.	Infuus loopt goed	
8.	3-wegkraan, met max. 10 cm verlengslangetje, met terugslagklep direct aan infuus aangesloten	
9.	PCA aangesloten en programma gecontroleerd	
10.	Naloxon ampul op verloskamer aanwezig	